

Ergebnisliste des HACH LANGE Nachbarschaftsringversuch
NB Hirzenhain 2023

Ammonium Teilnehmer	LCK 305 Sollwert in mg/L	
	Standard	Lösung A
	5 +/- 0,5	2,2 +/- 0,22
1	4,90	2,60
2	5,28	2,36
3	4,95	2,20
4	4,90	2,20
5	5,32	2,29
6	4,90	2,20
7	5,32	2,22
8	5,18	2,35
9	4,95	2,10
10	4,65	2,50
11	4,85	2,15
12	5,32	2,29
13	4,95	2,30
14	5,10	2,30
15	5,33	2,27
16	4,95	2,20
17	5,31	2,37
18	5,33	2,31