

Ergebnisliste des HACH LANGE Nachbarschaftsringversuch
NB SHL Münster 2023

Ammonium Teilnehmer	LCK 305 Sollwert in mg/L		
	Lösung A	Lösung B	Standard
	2,2 +/- 0,2		5 +/- 0,5
1	2,36		5,36
2	2,33		5,34
3	2,48		5,51
4	2,39		5,45
5	2,37		5,26
6	2,23		4,95
7	2,33		5,26
8	2,13		4,95
9	2,38		5,43
10	2,41		5,36
11	2,11		5,00
12	2,18		4,78
13	2,44		5,49